

「MDCTの実践—臓器別の撮像法から3D imagingまで—」 正誤表

『MDCTの実践—臓器別の撮像法から3D imagingまで—』に下記の誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。

p.28 「2 脳（虚血）」の管電流値

(誤)	
	管電流
CTP	300mA

→

(正)	
	管電流
CTP	70mA

p.36 「4 頸動脈」の管電流値

(誤)	
	管電流
造影CT	LD 70 %

→

(正)	
	管電流
造影CT	SD6

p.40 「5 側頭骨」の管電流値

(誤)	
	管電流
単純CT	170mA

→

(正)	
	管電流
単純CT	200mA

p.44 「6 肺野縦隔腫瘍」の管電流値

(誤)	
	管電流
造影CT (第1相)	170mA
造影CT (第2相)	170mA

→

(正)	
	管電流
造影CT (第1相)	SD7
造影CT (第2相)	SD7

p.48 「7 肺疾患におけるMPR」の管電流値

(誤)	
	管電流
単純CT	170mA

→

(正)	
	管電流
単純CT	SD7

p.54 「8 肺血栓・深部静脈血栓症」の管電流値

(誤)	
	管電流
造影CT (検査1)	170mA
造影CT (検査2)	170mA

→

(正)	
	管電流
造影CT (検査1)	SD7
造影CT (検査2)	SD7

p.58 「9 乳腺（腫瘍）」の管電流値

(誤)

	管電流
造影CT (第1相)	170mA
造影CT (第2相)	170mA



(正)

	管電流
造影CT (第1相)	SD7
造影CT (第2相)	SD7

p.70 「12 心臓 (心機能)」の管電流値

(誤)

	管電流
造影CT (第1相)	170mA
造影CT (第2相)	170mA



(正)

	管電流
造影CT (第1相)	LD60 %
造影CT (第2相)	LD60 %

p.74 「13 肝臓解析」の管電流値

(誤)

	管電流
単純CT	170mA
造影CT (第1相)	170mA
造影CT (第2相)	170mA
造影CT (第3相)	170mA
造影CT (第4相)	170mA



(正)

	管電流
単純CT	SD7
造影CT (第1相)	SD7
造影CT (第2相)	SD7
造影CT (第3相)	SD7
造影CT (第4相)	SD7

p.82

(誤)

Virtual bronchoscopy



(正)

Virtual endoscopy

p.85 「15 大血管」の管電流値

(誤)

	管電流
造影CT (第1相)	170mA
造影CT (第2相)	170mA



(正)

	管電流
造影CT (第1相)	SD7
造影CT (第2相)	SD7

p.90 「16 下肢動脈」の管電流値

(誤)

	管電流
造影CT (第1相)	170mA



(正)

	管電流
造影CT (第1相)	SD7

p.90

(誤)

到達してから manual start (上図右) を行う。

(正)

→ 到達してから manual start + 15 秒 (上図右) を行う。

p.95 「17 Adamkiewicz動脈」の管電流値

(誤)

	管電流
造影CT (第1相)	170mA



(正)

	管電流
造影CT (第1相)	SD7