

お詫びと訂正

「人工呼吸器離脱のための標準テキスト」におきまして、誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のように訂正いたします。

(2016年6月29日)

頁数	誤	正
Ⅱ 各論① 2章 全身状態のアセスメント 5. 換気の指標 p.84 5) RSBI 1行目	RSBIが105回/min/Lより大きい場合には十分な吸気努力を得られていることを意味し、換気能力が安定していることを示している。逆に、105回/min/Lより小さい場合には、浅くて速い呼吸を行っていることを意味する。	RSBIが105回/min/Lより <small>小さい</small> 場合には十分な吸気努力を得られていることを意味し、換気能力が安定していることを示している。逆に、105回/min/Lより <small>大きい</small> 場合には、浅くて速い呼吸を行っていることを意味する。