

# お詫びと訂正

「Clinical Engineering」2024年6月号 (Vol.35 No.6), 550 ページ 図6 c) d) の見出しにおきまして、誤りがございました。読者の皆様に謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のように訂正いたします。

誤)

- c) DDD モード③ AP-VS パターン (モード: DDD, Lower rate: 60 bpm, PAV interval: 2000 ms)
- d) DDD モード④ AS-VS パターン (モード: DDD, Lower rate: 60 bpm, PAV interval: 2000 ms)

正)

- c) DDD モード③ AP-VS パターン (モード: DDD, Lower rate: 60 bpm, PAV interval: 200 ms)
- d) DDD モード④ AS-VS パターン (モード: DDD, Lower rate: 60 bpm, PAV interval: 200 ms)

2024年8月30日

Gakken メディカル出版事業部